

برنامج الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية:

اختبار مستوى المعارف

١. يجب الكشف على رضيع فقط إذا كان مؤهلاً للكشف المبكر.
 - أ. صواب
 - ب. خطأ
٢. العوامل التالية يمكنها أن تؤثر على دقة قراءة قياس التأكسج النبضي (pulse ox):
 - أ. الحركة
 - ب. الأطراف الباردة أو الارتعاش
 - ج. البكاء
 - د. لمبات البليدروبين وإضاءةات العمليات الجراحية
 - هـ. كل ما سبق
٣. المجس النظيف الوحيد الاستعمال المستخدم في قياس التأكسج النبضي يمكن أن يتم استعماله على عدد من المرضى إلى حد يصل إلى خمسة مرضى.
 - أ. صواب
 - ب. خطأ
٤. كل العوامل التالية يمكنها أن تؤثر على دقة قراءة التأكسج النبضي باستثناء:
 - أ. وضع مجس قياس التأكسج النبضي على نفس الطرف الذي تؤخذ عنده قراءة ضغط الدم.
 - ب. إجراء اختبار قياس التأكسج النبضي أثناء بكاء الرضيع
 - ج. استخدام مشبك على أصبع رضيع
 - د. لون جلد الرضيع أو اليرقان
٥. المعايير التالية قد تستثني رضيع من خضوعه للكشف المبكر:
 - أ. عمر حملي يزيد عن ٣٥ أسبوع
 - ب. وجود شذوذات بنوية أو سحنات
 - ج. علامات حياتية طبيعية في حضانة حديثي الولادة
 - د. عمر يزيد عن ٢٤ ساعة
٦. تنص الدلائل الإرشادية للكشف المبكر على أن قياس التأكسج النبضي يجب أن يُجرى على:
 - أ. اليد اليمنى
 - ب. القدم اليسرى
 - ج. كلا من اليد اليمنى والقدم اليمنى
 - د. لا اليد اليمنى ولا القدم اليمنى
٧. يجب الكشف المبكر بقياس التأكسج النبضي عندما يكون الرضيع في أي سن؟
 - أ. أقل من ٨ ساعات
 - ب. بين ٨ ساعات و ١٨ ساعة
 - ج. أكبر من ٢٤ ساعة
 - د. أقل من ٢٤ ساعة
٨. يجب إخبار الطبيب أو الممرضة الممارسة المعنيين برعاية الرضيع بقراءات التأكسج النبضي في حالة:
 - أ. إذا كانت كلا القراءتين لقياس التأكسج النبضي تساويان ١٠٠ بالمائة
 - ب. إذا كانت كلا القراءتين لقياس التأكسج النبضي ٩٥ إلى ١٠٠ بالمائة
 - ج. إذا كانت كلا القراءتين لقياس التأكسج النبضي تساويان ٩٧ بالمائة
 - د. كلا القراءتين لقياس التأكسج النبضي تكونان أقل من ٩٥ بالمائة أو يكون هنالك فرق بين القراءتين أكبر من ٣٪ بعد إجراء ثلاثة قياسات تفصل بين كل منها ساعة واحدة
٩. يمكن مشاركة نتائج الكشف المبكر بقياس التأكسج النبضي مع أشخاص ليسوا مرتبطين بشكل مباشر في رعاية المريض:
 - أ. صواب
 - ب. خطأ